

## 【 ニーズ 】

### 医療用超音波探触子（プローブ）修理に伴うケース加工（分解）作業

#### ➤ 依頼事項

探触子（プローブ）修理の為、一体化されているケースを内部のケーブル等に傷をつけずに旋盤等で切れ込みを入れ、ケースを取り外したい。

#### ➤ 仕様(概要)

- ケースに旋盤等で切れ込みを入れる作業を委託したい。（ケース自体は新品と交換予定）
- ケースの厚さは不均一（部位ごとに厚さが異なる）
- 内部のケーブル、基板等は再利用につき、破損不可。
- 現状は限定型式での修理（リペア）検討中、短納期での対応を期待。（多くても10本程度/月）

#### ➤ スケジュール

2026年度内（2027年3月末）運用開始。